

## Zusammenfassung der Merkmale des Mittels (§ 21 Abs. 2 Tierimpfstoff-VO)

### 1. **Bezeichnung des Mittels:**

ID Screen Blue Tongue Competition

Kurzform der Bezeichnung: BTC

### 2. **Bestandteile des Mittels nach Art und Menge, gebräuchliche oder chemische Bezeichnung:**

| <b>Reagenzien</b>                          | <b>Mengen</b> |           |
|--|---------------|-----------|
| Beschichtete Mikrotiterplatten             | 5             | 10        |
| Anti-VP7-PO-Konjugat, 10-fach konzentriert | 6 ml          | 2 x 6 ml  |
| Positivkontrolle                           | 2 x 1 ml      | 3 x 1 ml  |
| Negativkontrolle                           | 2 x 1 ml      | 3 x 1 ml  |
| Verdünnungsmittel 2                        | 2 x 60 ml     | 4 x 60 ml |
| Waschlösung, 20-fach konzentriert          | 60 ml         | 2 x 60 ml |
| Substratlösung (TMB)                       | 60 ml         | 2 x 60 ml |
| Stopplösung                                | 60 ml         | 2 x 60 ml |

### 3. **zu verwendendes Untersuchungsmaterial, Zieltierart:**

Schaf-, Rind-, Wisent-, Bison- oder Ziegen Serum bzw. -plasma

### 4. **Art der Anwendung, Anwendungsgebiete:**

*In-vitro*-Diagnostikum für Tiere; Elisa Test zum Nachweis von Antikörpern gegen das vp7 Protein des Virus der Blauzungenkrankheit in Schaf-, Rind-, Wisent-, Bison- oder Ziegen Serum bzw. -plasma

### 5. **Gegenanzeigen:** keine

### 6. **Hinweise für die sachgerechte Anwendung:**

Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für das Arbeiten in Laboratorien und halten Sie die Regeln der Good Laboratory Practice (GLP) ein. Die Einhaltung der Gebrauchsinformation ist erforderlich.

### 7. **Hinweise für den sicheren Gebrauch:**

Bei sachgerechtem Umgang besteht kein Risiko für Mensch und Tier. Alle Kit-Komponenten sind nicht infektiös.

### 8. **Verfallsdatum, soweit erforderlich auch nach erstmaliger Öffnung des Behältnisses:**

Bei vorschriftsmäßiger Lagerung ist das Testkit bis zum angegebenen Verfallsdatum haltbar (siehe Etikett auf der äußeren Verpackung). Die Haltbarkeitsdauer beträgt 2 Jahre nach Produktion.

### 9. **Hinweise zur Aufbewahrung:**

Das Konjugat, die Kontrollen und die Substratlösung müssen bei 5°C ( $\pm 3^\circ\text{C}$ ) gelagert werden. Die anderen Reagenzien können zwischen 2°C und 26°C gelagert werden.

### 10. **Hinweise zur Beseitigung nicht verwendeter Mittel:**

Schachteln und leere Flaschen werden im normalen Müllsystem beseitigt. Sämtliches Material, das mit Serum, Plasma, Fleischsaft oder Filterpapierproben in Kontakt kam, muss gemäß dem klassischen Protokoll für Entsorgung von biologischen Rückständen in Laboratorien entsorgt werden.

11. **Name oder Firma und Anschrift des Zulassungsinhabers:**

Innovative Diagnostics SARL  
310 rue Louis Pasteur  
F-34790 GRABELS

12. **Zulassungsnummer:**

FLI-B 439

13. **Datum der Erteilung der erstmaligen Zulassung oder der Verlängerung der Zulassung:**

14.03.2007, bis 14.03.2027 verlängert

14. **Datum der Überarbeitung der Zusammenfassung der Merkmale des Mittels:**

15.12.2021